ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-025	PS/MAM/115659

PRODUCTO
Analizador de química clínica DxC 500 AU. Referencias: C63519 y C63520.
UDI-DI: 14987666545058 y 14987666545065.

Nº SERIE
Ver números de serie afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

VERSION SOFTWARE
V1.4, V1.4.1, V1.4.2 y V1.4.3

FABRICANTE
Beckman Coulter, Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U. Torre Realia, Pza Europa 41-43, 4ª planta. 08908, L'Hospitalet de Llobregat-Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados analizadores de química clínica DxC 500 AU, debido a la posibilidad de que la estabilidad mostrada para los reactivos que se encontraban dentro del analizador durante la última actualización de software sea incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.