DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-028	PS/MJF/112860

PRODUCTO
MiniCap Prolongador de catéter de larga duración con pinza integrada para diálisis peritoneal.
Código: 5C4482, R5C4482, R5C4482E, R5C4483, R5C4484.

FINALIDAD PREVISTA
Utilizado en la terapia de diálisis peritoneal para transferir la solución de diálisis peritoneal al catéter del paciente desde el contenedor de la solución de origen.

Nº LOTE

- H23J16074 y superiores (para referencia 5C4482)
- H23K15033 y superiores (para referencia R5C4482)
- H23J18054 y H24G10063 (para referencia R5C4482E)
- H23J30067 (para referencia R5C4483)
- H23J23039 (para referencia R5C4484)

FABRICANTE
Baxter Healthcare SA, Suiza.

DISTRIBUIDOR
Baxter S.L., Polígono Industrial Sector 14, Pouet de Camilo, 2. 46394 Ribarroja del Turia, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados códigos y lotes del prolongador de catéter de larga duración con pinza integrada para diálisis peritoneal MiniCap, debido a la posibilidad de separación del conector hembra del cuerpo principal del prolongador de catéter.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa para profesional sanitario
- Nota de aviso empresa para paciente
- Nota informativa PS, 2025/02.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: EEV5GXRPPD3JB79A5B8D**
Fecha de la firma: 16/01/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89