MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-036	PS/PL/115033

PRODUCTO
Vaporizadores Tec 6 Plus, Tec 820 y Tec 850.
Ver referencias de los productos afectados en la nota de aviso de la empresa.

Nº SERIE
Ver en el Apéndice 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Datex-Ohmeda, Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric Healthcare España, SAU, C/Gobelas, 35-37, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados vaporizadores de anestesia Tec 6 Plus, Tec 820 y Tec 850, debido a la posibilidad de que suministren una concentración de agente anestésico menor que la ajustada en el dial del dispositivo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: G4CYHX8MLBPLY8LQC6CE**
Fecha de la firma: 22/01/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89