ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-049	PS/PRV/115868

PRODUCTO
Cemento óseo con medicamento OPTIPAC.
Ver nº de referencias afectadas en el anexo 2 de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
BIOMET France, Francia.

DISTRIBUIDOR
Zimmer Biomet Spain, S.L.U., C/ Metalurgia, 32-34, Barcelona.

ASUNTO
Advertencia de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinadas referencias de cementos óseos OPTIPAC, debido a la posibilidad de que, al montar el cilindro, la varilla de mezcla quede en una posición incorrecta que impida la entrada del monómero líquido durante la preparación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS

- Nota de aviso empresa para distribuidores.
- Nota de aviso empresa para profesionales sanitarios.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar