MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-051	PS/AVG/115784

PRODUCTO
Mesas del paciente AD7 y AD7X que forman parte de los sistemas Allura y Azurion.
Ver números de sistema afectados en el apéndice A de la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Philips Medical Systems Nederland BV, Holanda.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica, S.A.U. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con las mesas del paciente AD7 y AD7X que forman parte de los sistemas Allura y Azurion, debido a la posibilidad de atrapamiento de los dedos durante el movimiento manual del tablero del paciente.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: A37LQJNRMVXVLB4K43EF**
Fecha de la firma: 30/01/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89