MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-052	PS/MJF/116214
PRODUCTO Frasco P/vacío 3L marrón, referencia: 408600, UDI-DI 08435263874662	
FINALIDAD PREVISTA Recogida de muestras biológicas de orina.	
Nº LOTE 32402436	
FABRICANTE DELTALAB S.L, España.	
DISTRIBUIDOR DELTALAB S.L, Plaza de la Verneda, 1, Pol. Ind La Llana. 089191 Rubí, Barcelona.	
ASUNTO Advertencias de seguridad relacionadas con el lote 32402436 del Frasco P/vacío 3L marrón con referencia 408600, debido a que en algunas unidades la fecha de caducidad mostrada en el embalaje secundario (caja) indicada como 06/2029 es incorrecta, siendo la fecha de caducidad correcta el 05/2029.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: • Nota de aviso empresa	

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: AMKJ45Q7HZ89VW5HKEEF**
Fecha de la firma: 31/01/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89