

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2024-055	PS/NA/116058
PRODUCTO Aguja de insuflación de un solo uso estéril de 120 mm. Referencia E201152. UDI-DI: 3661219262220.	
FINALIDAD PREVISTA Aguja que se inserta percutáneamente en la cavidad peritoneal con el objetivo de infundir dióxido de carbono para establecer el neumoperitoneo antes de la colocación de los trócares, durante un procedimiento laparoscópico.	
Nº LOTE 2326454	
FABRICANTE Landanger, Rue Renée et Louis Landanger, 52000 Chaumont, Francia.	
DISTRIBUIDOR Suministros Médicos MEP SL., C/ Jose María Jimeno Jurio 21 bajo local Ansoain, 31013 Navarra.	
ASUNTO Advertencias de seguridad y retirada del mercado del lote 2326454 de la aguja de insuflación de 120 mm, con referencia E201152, debido al riesgo de perforación de un órgano durante un procedimiento por laparoscopia.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

