ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-057	PS/AVG/115894

PRODUCTO
RayStation (versión: de 4.5 a 2024B)
Ver números de compilación y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Software para terapia por radiación y oncología médica.

FABRICANTE
RaySearch Laboratories AB (publ), Suecia.

DISTRIBUIDOR
Palex Medical S.A. Carrer Jesús Serra Santamans, 5, 08174, Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas versiones del software Raystation, debido a una posible incoherencia en el uso de la Incertidumbre de densidad en determinadas situaciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.