ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-068	PS/RJC/116071

PRODUCTO

- Módulo de hipo/hipertermia HCU 40 de alta tensión. Referencia: 70104.4054.
- Módulo de hipo/hipertermia HCU 40 de baja tensión. Referencia: 70105.4917.

FINALIDAD PREVISTA

Diseñada para enfriar o calentar a un paciente conectado al circuito de perfusión extracorpórea y mantener constante la temperatura requerida del paciente.

FABRICANTE

Maquet Cardiopulmonary GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Getinge Group Spain S.L.U., C/ Marie Curie, 5, Edificio Alfa, Pl 6, Ofic. 6,1-6,2, 28521, Rivas, Vaciamadrid, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con el módulo HCU 40 de alta y baja tensión, debido a la posible corrosión o degradación del material del soporte para hielo situado dentro del depósito de agua.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.