ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-066	PS/PL/116326

PRODUCTO
Luz quirúrgica Merivaara Q-FLOW.
Modelos: Q-Flow SOLO, Q-FLOW DUO, Q-FLOW TRIO, Q-FLOW QUAD, Q-FLOW MOBILE.

Nº SERIE
A43238000, A43236900, A43252300, A43241000, A44114700, A44114600, A44116500, A44113500.

FABRICANTE
Merivaara Corporation, Finlandia.

DISTRIBUIDOR
Insanex, SL, Avda. Tenerife, 2, Bloque 3, 28703 San Sebastián de Los Reyes, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados modelos de las luces quirúrgicas Merivaara Q-flow fabricadas antes de julio de 2022 y para las que se ha reparado la horquilla original sustituyéndola por otra, debido a que por un posible error en esta reparación, existe la posibilidad de que la luminaria se caiga.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa
- Guía de reparación del producto

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.