MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-067	PS/AVG/116062

PRODUCTO

ZNN™BACTIGUARD® Clavo Femoral:

- Retrogrado 10mm x 34cm. Número de material: 47-2594-340-10. Número de lote: C23003. UDI-DI: 9555468923459.
- CMN 10mm x 42cm. Número de material: 47-2593-423-10. Número de lote: C23007. UDI-DI: 9555468907817.

FABRICANTE

Bactiguard (South East Asia) Sdn.Bhd, Malasia.

DISTRIBUIDOR

Zimmer Biomet Spain, S.L.U. Calle Metalurgia, 32, 08038, Barcelona.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados clavos femorales ZNN BACTIGUARD, debido a que por un error en el etiquetado, los envases de 34 cm contienen clavos de 42 cm.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 1BKZXYX2Q354BRM15594**
Fecha de la firma: 06/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89