DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-069	PS/TS/115805

PRODUCTO
Sistemas de resonancia magnética (RM) Multiva 1.5T, referencias 781072, 781073, 781074, 781076 y 781078

FABRICANTE
Philips Healthcare (Suzhou) Co., Ltd (China)

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U. Calle Maria de Portugal, 1 C.P. 28050 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas de resonancia magnética Multiva 1.5T debido a la posibilidad de que se produzca un problema de termoestabilidad en la cubierta del tubo del imán.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MHD6ZLVPXQBV1JQFM2CC**
Fecha de la firma: 07/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89