

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-070	PS/TS/116593
PRODUCTO Catéter de diagnóstico Torqr™ 6 Fr Nºs de modelo 041002JM (UDI 00643169883529) y 041005JM (UDI 00643169883567)	
FINALIDAD PREVISTA Diagnóstico de ritmos cardíacos anómalos.	
Nºs LOTE Modelo 041002JM: lote FA81265 Modelo 041005JM: lote FA81266	
FABRICANTE Medtronic Inc., EE.UU.	
DISTRIBUIDOR Medtronic Ibérica S.A. Calle María de Portugal, 11 C.P. 28050 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de los lotes FA81265 y FA81265 del catéter de diagnóstico Torqr™ 6 Fr, modelos 041002JM y 041005JM, debido a que los números de modelo y lote que figuran en la etiqueta de la caja exterior son erróneos y no corresponden con el etiquetado del envase interior.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

