MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-072	PS/AVG/116677

PRODUCTO

Bombas volumétricas Alaris:

- GP Guardrails con software Plus. Código de producto: 9002TIG03-G. Número de serie: 470072000.
- Alaris VP Plus con Guardrails. Código de producto: 9003TIG03-G. Números de serie: 570033530 y 570033162.

FABRICANTE

BD Switzerland Sàrl, Suiza.

DISTRIBUIDOR

Becton Dickinson España. Camino de Valdeoliva, s/n, 28750, San Agustin de Guadalix, Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de determinadas bombas volumétricas Alaris, debido a que podría faltar un rodamiento en el mecanismo peristáltico, interrumpiendo o retrasándose el inicio de una perfusión.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: KPVYTPFWNLNKTDRH9C33**
Fecha de la firma: 12/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89