ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-075	PS/MJF/116676

PRODUCTO

Circuitos respiratorios:

- VentStar Flex 220, referencia MP00355, UDI 04048675248996
- ID Circuito Flex 220, referencia MP01347, UDI 04048675249337

FINALIDAD PREVISTA

Circuito respiratorio de un sólo uso para la conducción de gases respiratorios entre un equipo de anestesia o ventilador y un paciente.

FABRICANTE

Drägerwerk AG & Co. KGaA, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Dräger Hispania S.A.U; C/ Xaudaró 5. 28034, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con los circuitos respiratorios VentStar Flex 220, referencia MP00355 y ID Circuito Flex 220, referencia MP01347, debido a la posibilidad de que se produzca un agrietamiento en el tubo si se usan soportes o placas soporte de tubos con diseño plano.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.