ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-085	PS/PL/117018

PRODUCTO
Reactivo Access Eritropoyetina (EPO), referencia A16364.
UDI: 15099590201838.

FINALIDAD PREVISTA
Determinación cuantitativa de los niveles de eritropoyetina (EPO) en suero y plasma humanos.

Nº LOTE
439363

FABRICANTE
Beckman Coulter, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Beckman Coulter S.L.U., Torre Realia, Pza Europa 41-43, 08908 L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización del número de lote 439363 de reactivo Access EPO debido a la posibilidad de obtener resultados repetibles falsamente disminuidos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.