DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-088	PS/EML/117127

PRODUCTOS
Tubos endotraqueales de intubación oral/nasal.
Ver referencias y números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
ICU Medical Inc, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España SRL. Avenida Diagonal nº 635, 08028, Barcelona.

ASUNTO
Cese de utilización de determinadas referencias y números de lote de los tubos endotraqueales de intubación oral/nasal de ICU Medical, debido a que pueden tener un diámetro menor de lo esperado y, por tanto, producir una ventilación inadecuada.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MTC4R7P55CZGEACKZF2C**
Fecha de la firma: 19/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89