DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-089 | PS/PRV/116675 |

**PRODUCTO**
Circuitos respiratorios coaxiales Uniflow.
Ver productos, referencias y UDI afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FINALIDAD PREVISTA**
Administración y eliminación de gases anestésicos y respiratorios hacia y desde un paciente a través de un sistema de respiración compuesto por tubos y conectores.

**Nº LOTE**
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

**FABRICANTE**
IntersurgicaL Ltd., Reino Unido.

**DISTRIBUIDORES**
Intersurgical España S.L.U C/Plasencia 39. Pol. Ind. Las Nieves 28935 Móstoles (Madrid)

**ASUNTO**
Cese de utilización y retirada del mercado de determinados modelos y lotes de los circuitos respiratorios Uniflow, debido a la posibilidad de que el tubo de gas espiratorio extensible se desconecte de la pieza en T del circuito.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)** **CSV: 7X6ADLF5DDN5VDBNXE62**
**Fecha de la firma: 24/02/2025**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89