ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-095	PS/MAM/117054

PRODUCTO
Equipos de infusión, equipos de transfusión y accesorios asociados con luer-lock incluidos en los CareSets y en los equipos para procedimientos estériles de Medline.
Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

Nº LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Didactic. Francia.

AGRUPADOR
Medline International France SAS. Francia.

DISTRIBUIDOR
Medline International Iberia S.L.U. Parque Empresarial San Fernando Edificio Munich, Planta Baja, local B Avenida de Castilla, 2. 28830, San Fernando de Henares, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados equipos de infusión, equipos de transfusión y accesorios asociados con luer-lock incluidos en los CareSets y en los equipos para procedimientos estériles de Medline, debido a la posibilidad de que se produzca fuga de soluto o entrada de aire por un agrietamiento de los conectores de los dispositivos de infusión de la marca INFINEED (prolongadores y accesorios de infusión) durante un contacto prolongado con una solución de clorhexidina al 2 % en alcohol isopropílico de 70°.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.