MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-100	PS/MJF/117285

PRODUCTO
Manómetros de presión arterial no automatizados Welch Allyn.
Ver productos afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Dispositivos de medición de la presión sanguínea no invasivos diseñados para utilizarse junto con un manguito inflable y un estetoscopio para determinar la presión sanguínea de pacientes desde pediátricos hasta adultos.

FABRICANTE
Welch Allyn, Inc., EE UU.

DISTRIBUIDOR
Baxter S.L; Polígono Industrial Sector 14, C/ Pouet de Camilo, 2. 46394 Ribarroja del Turia, Valencia.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados manómetros de presión arterial no automatizados Welch Allyn, debido a que el almacenamiento a más de 40 °C podría provocar una medición inexacta de la presión arterial o la incapacidad de inflar el manguito de presión arterial.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: ZVL4LJP7RDLMMFX2V9E0**
Fecha de la firma: 26/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89