MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-106	PS/VBR/117017

PRODUCTO

Sets de ginecología y obstetricia con pinzas de Kocher:

- CS Cesárea P3 CPT. Referencias: 2916834 y 2916527
- Set de parto con episiotomía. Referencia: 4706900

FINALIDAD PREVISTA

Instrumento quirúrgico de acero quirúrgico, de un solo uso, para el tratamiento a corto plazo en el contexto de intervenciones médicas como sujeción y extracción de objetos extraños, sujeción y pinza de tejidos y tubos, oclusión de vasos, manipulación y extracción de tejido en humanos.

FABRICANTE

Paul Hartmann AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Laboratorios Hartmann S.A., Calle Carrasco i Formiguera, 48, 08302, Mataró, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con las pinzas de Kocher incluidas en determinados sets de ginecología y obstetricia de Hartmann, debido a que no se deben utilizar este tipo de pinzas para el pinzamiento del cordón umbilical.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: PCLNGTVZPFPRZDQB6D7A**
Fecha de la firma: 27/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89