MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-108	PS/MAM/117286

PRODUCTO
Sistema de rayos X digital móvil FUJIFILM FDR Nano, modelo DR-XD 1000.

Nº SERIE
Con las cuatro últimas cifras acabadas en 2153 o anteriores.

FABRICANTE
FUJIFILM Corporation. Japón.

DISTRIBUIDOR
FUJIFILM Healthcare España. Calle Anabel Segura 16, Edif. 3 Planta 4. 28108, Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados números de serie del sistema de rayos X digital móvil FUJIFILM FDR Nano, debido a que el brazo se podría romper por su base.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: WGAD621LH1KC7QZBS71E**
Fecha de la firma: 28/02/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89