DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-111	PS/MAM/117437

PRODUCTO
Puertos implantables de plástico ProPort.
Ver números de artículo afectados en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA
Diseñados para permitir el acceso repetido al sistema venoso para la administración parenteral de medicamentos, fluidos, soluciones nutritivas, y para la toma de muestras de sangre.

Nº LOTE
Ver números de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
ICU Medical Inc. EEUU.

DISTRIBUIDOR
Smiths Medical España SL. Avenida de la Transición Española, 24. Alcobendas, 28108, Madrid.

ASUNTO
Cese de utilización y advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de los puertos implantables de plástico ProPort debido a la posibilidad de que la carcasa y el reservorio del puerto se separen debido a un error de fabricación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 812ZN6PHNR8LVQSTT423**
Fecha de la firma: 04/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89