ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-117	PS/TS/115654

PRODUCTO
Receptor Dexcom G6. Referencias: STK-GS-013, STR-GS-004
Nº de parte: MT24078-1

FINALIDAD PREVISTA
El receptor forma parte del sistema de monitorización continua de glucosa Dexcom G6, que permite conocer al paciente sus niveles de glucosa y la tendencia.

FABRICANTE
Dexcom Inc., EE.UU.

DISTRIBUIDOR
- Dexcom International Limited (Liesno Buno, S.L.) C/ Monte Esquinza, 30 - Bajos izquierda C.P. 28010 Madrid
- Air Liquide Healthcare España, SL. C/ Orense, 34 3º C.P. 28020 Madrid

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con las referencias STK-GS-013 y STR-GS-004 del receptor Dexcom G6, con número de parte MT24078-1, debido a que las alarmas y alertas podrían no funcionar de la manera prevista.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa
- Nota de aviso empresa para distribuidores
- Nota informativa AEMPS PS, 2025/13

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.