MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-138	PS/AVG/118129

PRODUCTO
Sistemas de mesa quirúrgica TruSystem 7500.
Ver códigos de producto, UDI y números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Baxter Medical Systems GmbH + Co. KG, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Baxter, S.L. Avenida de Europa, 4, 2ª planta D, Edificio Bruselas, 28108, Alcobendas.

ASUNTO
Advertencias de seguridad y actualización de software relacionadas con determinados sistemas de mesa quirúrgica TruSystem 7500, debido a la posibilidad de que la sección superior del respaldo de los tableros afectados no se pueda ajustar cuando está activada la función de modo de emergencia.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: L7C5JLNT63C6BJS7C29E**
Fecha de la firma: 17/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89