

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-143	PS/PL/118060
PRODUCTO - Sutura PDS™ II (polidioxanona) - Sutura PDS™ Plus Antibacteriana (polidioxanona) - Sutura de polipropileno PROLENE™ - Sutura de poliéster ETHIBOND EXCEL™ Ver códigos de producto, UDI y lotes afectados en la nota de aviso de la empresa.	
FABRICANTE Ethicon, LLC, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Johnson & Johnson, S.A. Paseo de las Doce Estrellas 5-7, 28042 Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado de determinados lotes de las suturas PDS II, PDS Plus, PROLENE y ETHIBOND EXCEL debido a la posibilidad de que presenten una disminución del rendimiento y/o la eliminación de parte del recubrimiento de silicona de las agujas durante su uso.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

