MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-145	PS/AVG/118340

PRODUCTO
Sistemas de tomografía computarizada de las series Revolution CT y Revolution Apex.
Ver tipos de sistema y números de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
GE Medical Systems LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
General Electric HealthCare S.A. Calle de Gobelas, 35-37, Moncloa - Aravaca, 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas Revolution CT y Revolution Apex, debido a la posibilidad de fugas del líquido refrigerante al suelo junto a la base del estativo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MA39PEC3CXKGHHELR3F0**
Fecha de la firma: 19/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89