

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-147	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/117673
<b>PRODUCTO</b> Matriz de Calcio Reabsorbible STIMULAN Kit y STIMULAN Rapid Cure. Ver códigos de producto y UDI-DI afectados en la nota de aviso de la empresa.	
<b>FABRICANTE</b> Biocomposites Ltd., Reino Unido.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> MBA Incorporado S.L.U., Avda. Jardín Botánico, 1345, Silos del Intra, 33203, Gijón.	
<b>ASUNTO</b> Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso de determinados códigos de producto de matriz de Calcio Reabsorbible STIMULAN Kit y STIMULAN Rapid Cure, debido a la ausencia en las instrucciones de uso en español de la advertencia de no implantar en pacientes con sensibilidad o reacción alérgica conocidas a los materiales del dispositivo.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

