ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-146	PS/TS/117395

PRODUCTO
Catéter Guía Climber 5F
Referencia GC-P5EB350N EBU 3.5

FINALIDAD PREVISTA
Proporcionar una vía a través de la cual se puede introducir dispositivos terapéuticos y de diagnóstico. El catéter guía está destinado a ser utilizado en el sistema vascular coronario o periférico.

Nº LOTE
2409-0012

Nº SERIE
08718122023518

FABRICANTE
PendraCare International B.V., Países Bajos

DISTRIBUIDOR
Terumo Europe España S.L. Av. Juan Carlos I, 13. 7ª Planta Alcalá de Henares (Madrid)

ASUNTO
Retirada del mercado del lote 2409-0012 del catéter guía Climber 5F, referencia GC-P5EB350N EBU 3.5, debido a que el tamaño French que figura en la etiqueta de la bolsa es erróneo y no corresponde con el tamaño en el etiquetado de la caja.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GE2X9GEQQZ83AGEJFFF3**
Fecha de la firma: 20/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89