ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-148	PS/VBR/118160

PRODUCTO
Monitor de paciente IntelliVue serie 6000 de Philips. Referencias: 867311, 867313 y 867315.
UDI-DI: 00884838107786, 00884838107793 y 00884838107809.

FINALIDAD PREVISTA
Monitorizar y registrar parámetros fisiológicos de pacientes neonatos, pediátricos y adultos, así como generar alarmas sobre estos parámetros.

Nº SERIE
DE76201025, DE76201027, DE76201028, DE76201029, DE76201031, DE76201038, DE76201039, DE76201041 y DE76201047.

FABRICANTE
Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR
Philips Ibérica S.A.U., C/María de Portugal, 1, 28050, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas referencias y números de serie del monitor de paciente IntelliVue serie 6000 de Philips, debido a que están grabados incorrectamente con láser, indicando un símbolo de ECG de 12 derivaciones en la carcasa trasera del monitor cuando el monitor solo está equipado para funcionar con un cable de ECG de 6 derivaciones.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.