

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-153	REFERENCIA PS/MAM/118318
PRODUCTO Kit Anti-Chlamydia trachomatis IgG. Código de producto: ORG 906G.	
FINALIDAD PREVISTA Sistema de prueba basado en el sistema ELISA para la medición cuantitativa de los anticuerpos tipo IgG frente a Chlamydia trachomatis en muestras de suero humano o plasma.	
Nº LOTE 2412138	
FABRICANTE ORGENTEC Diagnostika GmbH. Alemania.	
DISTRIBUIDOR Sebia Hispania S.A. Avenida Diagonal 605, Local 2, 1º Planta, 08028 Barcelona, España	
ASUNTO Cese de utilización del lote 2412138 del kit Anti-Chlamydia trachomatis IgG debido a la posibilidad de que los pocillos de las tiras reactivas tengan una altura de llenado de líquidos inusual o ausente dando lugar a resultados incorrectos.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none"> Nota de aviso empresa 	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.