MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-154	PS/PL/118575

PRODUCTO
Superficies de cama Progressa
Código de producto: P7520A45 (UDI: 00887761999671) y P7520A31 (UDI: 00887761999756).

Nº SERIE
Todas las fabricadas entre el 09/02/2024 y el 26/11/2024.

FABRICANTE
Hill-Rom, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Baxter SL, Avda Europa 4, 2ª planta 28108 Alcobendas, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas superficies de cama Progressa, debido a un posible desplazamiento de las cámaras de aire cuando se eleva la cabecera de la cama, provocando su hundimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: ZH5QPJTP86RXMTXKN2C8**
Fecha de la firma: 26/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89