MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-162	PS/AVG/118723

PRODUCTO
Alinity m System. Números de referencia: 08N53-01, 08N53-02, 08N53-32.

FINALIDAD PREVISTA
Analizador para diagnóstico molecular.

FABRICANTE
Abbott Molecular, Inc., EEUU.

DISTRIBUIDOR
Abbott Diagnostic European distribution. Max-Planck-Ring, 2, 65205, Wiesbaden, Alemania.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los analizadores Alinity m, debido a la posibilidad de fugas de líquidos fuera de la base del analizador, procedentes del cajón de soluciones del sistema.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: AACTZM8ZF9TYA1FZHB96**
Fecha de la firma: 31/03/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89