DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-166	PS/PL/118275

PRODUCTO

- ID NOW™ COVID-19 2.0 24T, nº de referencia 192000.
- ID NOW™ COVID-19 2.0 24 OUS, nº de referencia 193000.
- ID NOW™ Influenza A & B 2 24T, nº de referencia 427000.
- ID NOW™ RSV 24T, nº de referencia 435000.

Nº LOTE

Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

Abbott Diagnostics Scarborough Inc., EEUU.

DISTRIBUIDORES

- Abbott Rapid Diagnostic Healthcare S.L., Plaza Europa 9, 08908 Barcelona.
- Biolinea S L, C/ Pedro Martel 38, 07003 Palma de Mallorca.
- Servicios Personas y Salud SL, C/Zurbarán 28, 28010 Madrid.

ASUNTO

Cese de utilización de determinados lotes de los tests ID NOW™ COVID-19 2.0, ID NOW™ RSV e ID NOW™ Influenza A & B 2, debido a la posibilidad de que presenten mayor incidencia de tasas de resultados no válidos en comparación con lo recogido en las instrucciones de uso del producto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: MKD8PSRVYCDXGRBRL625**
Fecha de la firma: 02/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89