MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-172	PS/TS/118574

PRODUCTO
Agujas de crioablación IceSeed 1.5 CX 90º y IceSeed 1.5 CX S 90º
Número de material: H7493967233100, H7493967334100, H7493967433170 y H7493967534170.
Fabricadas entre abril de 2024 y febrero de 2025

Nºs LOTE
Ver nºs de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Boston Scientific Corporation, EE.UU.

DISTRIBUIDOR
Boston Scientific Ibérica S.A., Calle Ribera del Loira, 46 C.P. 28042 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinados lotes de las agujas de crioablación IceSeed 1.5 CX 90º y IceSeed 1.5 CX S 90º, nº de material H7493967233100, H7493967334100, H7493967433170 y H7493967534170, debido a que las agujas se han programado con ajustes DEMO en lugar de con ajustes comerciales.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: GV51PMAZP96YMGP2W72C**
Fecha de la firma: 03/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89