MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-178	PS/RJC/119076

PRODUCTO

Prótesis vascular de politetrafluoetilo expandido (ePTFE) unida covalentemente con heparina:

- VASCUGRAFT FLOW 6MM X 50CM SW HEP. Referencia: V1103721
- VASCUGRAFT FLOW 5MM X 70CM TW HX HEP. Referencia: V1103880

FINALIDAD PREVISTA

Indicada en el caso de reconstrucciones vasculares arteriales, primariamente en la zona periférico-vascular.

Nº<u>OS</u> LOTE

- Referencia V1103721 – lotes 1296546 y 1296550
- Referencia V1103880 – lote 1302119

FABRICANTE

B. Braun Melsungen AG, Alemania.

DISTRIBUIDOR

B. Braun Surgical, S.A., Carretera de Terrassa, 121, 08191, Rubí, Barcelona.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y retirada del mercado de determinados lotes de las prótesis vasculares VASCUGRAFT FLOW 6MM X 50CM SW HEP y VASCUGRAFT FLOW 5MM X 70CM TW HX HEP debido a que se distribuyeron productos ya caducados por error.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: DLTW1R5AF7EP93XJ3E82**
Fecha de la firma: 07/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89