DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-184	PS/CMAG/119451

PRODUCTO
Sistema Ion (PN 380748)
UDI: 0886874116234

FINALIDAD PREVISTA
Ayuda al usuario a navegar mediante un catéter y herramientas endoscópicas en las vías pulmonares mediante la visualización endoscópica del árbol traqueobronquial para procedimientos diagnósticos y terapéuticos.

Nº SERIE
EN1342

VERSION SOFTWARE
Ion System Software P6 (PN 610200-609)

FABRICANTE
Intuitive Surgical, Inc., EE. UU.

DISTRIBUIDOR
ABEX Excelencia Robótica s.l. Calle Proción 1-3, Planta 0, oficina C Aravaca. 28023 Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas Ion con Ion System Software P6, número de serie EN1342, debido a la posibilidad de que experimenten un mayor número de errores de sistema 41097 y 41098 de lo previsto.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: VGDWN9KSXCER1QYGXF65**
Fecha de la firma: 10/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89