MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-191	PS/EML/119089

PRODUCTO
Ensayo de Proteína C reactiva revisada con el Analizador Atellica CH y Atellica CI.
Código de prueba: RCRP, Nº de material Siemens: 11537223, UDI: 00630414610887.

FABRICANTE
Siemens Healthcare Diagnostics Inc; EE UU.

DISTRIBUIDOR
Siemens Healthcare S.L.U. Calle Mahonia, 2, 4ª planta. Ed. Pórtico. 28043, Madrid, España.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con el ensayo de proteína C reactiva revisada con los analizadores Atellica CH y Atellica CI, debido a la posibilidad de obtener resultados erróneos.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 7JL2Z7QDV1N8MZYT1232**
Fecha de la firma: 14/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89