ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-196	PS/RJC/119248

PRODUCTO

Vástagos JAZZ Claw:

- JAZZ Claw – Straight rod. Dia 4/5,5 L70 – CoCr. Referencia 150716. UDI-DI: 03607501507167
- JAZZ Claw – Pre bent rod Dia 4/5,5 L70 – CoCr. Referencia 150718. UDI-DI: 03607501507181

FINALIDAD PREVISTA

Son parte de los sistemas JAZZ, que son implantes temporales para ser utilizados en cirugía ortopédica.

Nº LOTE

Ver n^{os} de lote afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE

IMPLANET SA, Francia.

DISTRIBUIDOR

MBA Incorporado, S.L.U., Avenida del Jardín Botánico, 1345, Silos del Intra, 33203, Gijón, Asturias.

ASUNTO

Retirada del mercado y advertencias de seguridad de determinados lotes y referencias de vástagos JAZZ Claw debido a un error en el etiquetado en el que se indica en la parte posterior de la caja estéril que el material del implante es de titanio en lugar de CoCr.

RECOMENDACIONES AEMPS

La AEMPS, consultada su red de expertos en la especialidad de cirugía ortopédica y traumatología, considera adecuadas las acciones llevadas a cabo por la empresa y las recomendaciones para el seguimiento de los pacientes implantados.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.