ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-197	PS/AVG/118521

PRODUCTO
Sistemas intervencionistas de rayos X INFX-8000C, INFX-8000F, INFX-8000V y INFX-8000H.

Nº SERIE
Ver n^{os} de serie afectados en la nota de aviso de la empresa.

FABRICANTE
Canon Medical Systems Corporation, Japón.

DISTRIBUIDOR
Canon Medical Systems S.A. Camino de la Zarzuela, 19. 28023, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas intervencionistas de rayos X INFX-8000C, INFX-8000F, INFX-8000V y INFX-8000H, debido a la posibilidad de que los tornillos de sujeción del brazo en C y de la mesa se aflojen.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.