

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	REFERENCIA
2025-200	PS/AVG/119665
PRODUCTO Fresa Inicial Plus. Número de artículo: 103.170. UDI-DI: 7898237561967.	
FINALIDAD PREVISTA Para la demarcación y ruptura del hueso cortical con el propósito de preparar el lecho del implante para la inserción del implante elegido.	
Nº LOTE LNWT8.	
FABRICANTE JJGC Indústria e Comércio de Materiais Dentários S.A., Brasil.	
DISTRIBUIDOR Manohay Dental S.A.U. Calle Alcalá, 544, 28027, Madrid.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote LNWT8 de la fresa Inicial Plus de JJGC, debido a que se fabricó sin el grabado láser de 7 mm.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

