MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-209	PS/CMAG/119718

PRODUCTO

- Centricity High Acuity Critical Care (CHA CC).
- Centricity High Acuity Anesthesia (CHA A).

FINALIDAD PREVISTA

Recuperar, introducir, registrar, almacenar, transferir, ver y crear una tendencia con los datos de los pacientes, de forma eficiente y estructurada, así como planificar el tratamiento.

VERSION SOFTWARE

Versiones de la 5.8.2 a la 5.8.4 con la función del módulo de órdenes activada.

FABRICANTE

GE Healthcare Finland Oy, Finlandia.

DISTRIBUIDOR

General Electric Healthcare España, SAU. Calle Gobelas, 35-37 28023 Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados sistemas y versiones de Centricity CHA, debido a la posibilidad de que en la ventana Edit Order (Modificar orden) del módulo de órdenes de CHA, se reprograme involuntariamente la tarea de administración siguiente a una hora mucho más tardía y provocar retrasos en la administración de la medicación.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: FCJY7KEKKCNG4NJ6B6A1**
Fecha de la firma: 28/04/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es