

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA: 2025-206	REFERENCIA PS/NA/119719
PRODUCTO Introduccion Check-Flo Performer, referencia de la pieza (RPN) RCFW-14.0-38-30-RB / número de pedido (GPN): G08957. UDI-DI: (01)00827002089570(17)271210(10)16376242.	
FINALIDAD PREVISTA Dispositivo con una vaina introductora de 14 french y una válvula Check-Flo, indicados para la introducción de balones, catéteres de extremo distal ciego, catéteres de extremo distal no cónico u otros dispositivos diagnósticos e intervencionistas en la vasculatura.	
Nº DE LOTE 16376242.	
FABRICANTE Cook Incorporated, EEUU.	
DISTRIBUIDOR Cook España SL. C/ Vía Augusta 2b, 5º 08066 Barcelona.	
ASUNTO Retirada del mercado del lote 16376242 de los introductores Check-Flow, modelo RCFW-140.0-38-30-RB, debido a que podría contener una vaina introductora de tamaño incorrecto.	
DOCUMENTOS ADJUNTOS: <ul style="list-style-type: none">Nota de aviso empresa.	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

