

## ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

<b>Nº DE ALERTA:</b> 2025-210	<b>REFERENCIA</b> PS/VBR/119827
<b>PRODUCTO</b> Tubo Vacuette® CAT suero con activador de coágulo 4 ml 13x75 tapón rojo-anilla negra, PREMIUM. Número de artículo: 454092.	
<b>FINALIDAD PREVISTA</b> Tubo utilizado con el sistema de extracción de sangre VACUETTE® para la extracción, el transporte, el almacenamiento y el procesado de sangre.	
<b>Nº LOTE</b> A24123DC.	
<b>FABRICANTE</b> Greiner Bio-One GmbH, Austria.	
<b>DISTRIBUIDOR</b> Greiner Bio-One España, S.A.U., Avenida Somosierra, 22, 2ª planta, nave G, 28703, San Sebastián de los Reyes, Madrid.	
<b>ASUNTO</b> Cese de utilización del lote A24123DC del tubo Vacuette® CAT suero con activador de coágulo 4 ml 13x75 tapón rojo-anilla negra PREMIUM, número de artículo 454092, debido a la posibilidad de que exista una contaminación que no permita garantizar que el rendimiento se ajuste a las especificaciones.	
<b>DOCUMENTOS ADJUNTOS:</b> <ul style="list-style-type: none"><li>Nota de aviso empresa.</li></ul>	



Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal [NotificaPS](#). Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

