ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-212	PS/AVG/119556

PRODUCTO

- Filter Line Microstream Advance CO_2 para pacientes intubados.
- Filter Line VitaLine CO_2 para pacientes intubados.
- Filter Line FilterLine CO_2 para pacientes intubados.

Ver referencias afectadas en la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Para la medición del dióxido de carbono (CO_2) espirado para fines de monitorización.

FABRICANTE

Philips Medizin Systeme Böblingen GmbH, Alemania.

DISTRIBUIDOR

Philips Ibérica S.A. Calle de María de Portugal, 1, Hortaleza, 28050, Madrid.

ASUNTO

Advertencias de seguridad y actualización de las instrucciones de uso relacionadas con las líneas de muestra de CO_2 Microstream Advance, VitaLine y FilterLine, debido a la posible dificultad o incapacidad para desconectar el adaptador del tubo endotraqueal del paciente para realizar un procedimiento.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa.

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.