MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-223	PS/PL/120235

PRODUCTO
Sistemas de la familia Catalyst: Catalyst, Catalyst HD, Catalyst PT, Catalyst X4, Catalyst+, Catalyst+ HD, Catalyst+ PT, Catalyst+ X4.

FINALIDAD PREVISTA
Sistema de radioterapia guiada por superficie.

VERSION SOFTWARE
c4D v. 6.5.1 SP2.

FABRICANTE
C-RAD Positioning AB, Suecia.

DISTRIBUIDOR
Palex, Carrer Jesús Serra Santamans, 5, 08174 Sant Cugat del Vallès, Barcelona.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con los sistemas de la familia Catalyst con la aplicación de software c4D v. 6.5.1 SP2, debido a la posibilidad de que, en determinadas circunstancias, se produzca una distribución de dosis incorrecta.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:
- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: 8W1DLPGWBXC4GQMLY8D8**
Fecha de la firma: 07/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89