DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-222	PS/TS/118042

PRODUCTO

Reprocesadores automatizados de endoscopios (AER) MEDISA, distribuidos entre el 25 de junio 2024 y el 3 de Febrero 2025 (UDI: 8011517EWD002GL y 8011517EWD001GJ)
Nºs de catálogo: MEDISA 7 y MEDISAWS7.

Nºs SERIE

62340, 62333, 62334, 62335, 62339, 62336, 62337, 62341, 62343, 62338, 62418, 62426, 62427, 62428, 62429, 62430, 62431, 62421, 62422, 62432, 62452, 62463, 62464, 62484, 62485, 62494, 62495, 62496, 62497, 62490, 62491, 62486, 62487, 62488.

FABRICANTE

Cantel Medical SrL, Italia.

DISTRIBUIDORES

- Ibersurgical SL Calle de la Vall de la Ballestera, 64 Campanar C.P. 46015 Valencia
- Meiji Pharma Spain S.A. Avenida de Madrid, 94 C.P.28802 Alcalá de Henares (Madrid)
- Suministros Médico-Quirúrgicos S.A. C/Augusto Junquera, 33 C.P. 33012 Oviedo (Asturias)

ASUNTO

Advertencias de seguridad relacionadas con determinados nºs de serie de los reprocesadores de endoscopios (AER) MEDISA, debido a que la tapa del AER MEDISA podría abrirse inesperadamente durante un ciclo.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: BGXJXFELCMHBL4Y66F5B**
Fecha de la firma: 07/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89