# ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

| **Nº DE ALERTA:** | **REFERENCIA** |
|---|---|
| 2025-229 | PS/PL/120345 |

**PRODUCTO**
MAGLIFE RT-1.

**FINALIDAD PREVISTA**
Monitorizar al paciente en entornos de resonancia magnética (IRM) e incluye todos los parámetros vitales necesarios durante la anestesia.

**FABRICANTE**
Schiller Medical, Francia.

**DISTRIBUIDOR**
Schiller España, S.A.U., C/ Dublín, 1, 28232 Las Rozas, Madrid.

**ASUNTO**
Advertencias de seguridad relacionadas con el monitor MAGLIFE RT-1, debido a la posibilidad de que se produzcan pérdidas de comunicación inalámbrica durante la utilización en un entorno IRM.

**DOCUMENTOS ADJUNTOS:**

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

**Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS)**
**Fecha de la firma: 08/05/2025**
*Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es*
**CSV: 2NHAE8ZQC31BYX1CYA3F**



CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89