MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-225	PS/MJF/119826

PRODUCTO

- Kit de manguito para la presión arterial Welch Allyn de dispositivos de control de pacientes y sistemas de pared
- Manómetros y manguitos manuales de presión arterial Welch Allyn

Ver productos afectados en el anexo A de la nota de aviso de la empresa.

FINALIDAD PREVISTA

Dispositivos de medición de la presión sanguínea no invasivos.

FABRICANTE

Welch Allyn Inc, EE UU.

DISTRIBUIDOR

Baxter S.L; Polígono Industrial Sector 14, C/ Pouet de Camilo, 2. 46394 Ribarroja del Turia, Valencia.

ASUNTO

Retirada del mercado de determinados kits de manguitos de presión arterial y manómetros y manguitos manuales de presión arterial Welch Allyn, debido a que en el etiquetado del producto se indica que “no contiene caucho natural” pero la goma elástica colocada alrededor de las instrucciones de uso sí que lo contiene.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: TTCFG7CKTB68V78W7EF6**
Fecha de la firma: 08/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89