MINISTERIO DE SANIDAD
agencia española de medicamentos y productos sanitarios

DEPARTAMENTO DE
PRODUCTOS SANITARIOS

ALERTA DE VIGILANCIA DE PRODUCTOS SANITARIOS

Nº DE ALERTA:	**REFERENCIA**
2025-231	PS/RJC/120165

PRODUCTO
Recarga vascular blanca ENDOPATH ECHELON con punta de colocación avanzada (35 mm, 4 filas). Código del producto VASECR35. UDI 10705036014591.

FINALIDAD PREVISTA
Transección y resección de tejidos y vasos, indicados para múltiples intervenciones quirúrgicas abiertas o mínimamente invasivas generales, ginecológicas, urológicas, torácicas y pediátricas.

FABRICANTE
ETHICON ENDO-SURGERY, LLC, EEUU.

DISTRIBUIDOR
Johnson & Johnson S.A., Paseo de las Doce Estrellas, 5-7, 28042, Madrid.

ASUNTO
Advertencias de seguridad relacionadas con determinadas recargas vasculares blancas ENDOPATH ECHELON debido a un posible bloqueo no intencionado del instrumento durante intervenciones quirúrgicas.

DOCUMENTOS ADJUNTOS:

- Nota de aviso empresa

notifica PS

Si tiene conocimiento de algún incidente relacionado con el uso de un producto sanitario, notifíquelo a través del portal NotificaPS. Su colaboración notificando es esencial para tener un mayor conocimiento de estos productos y velar por su seguridad.

Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS) **CSV: H3VPENDL4X9T17WCED7F**
Fecha de la firma: 09/05/2025
Puede comprobar la autenticidad del documento en la sede de la AEMPS:https://localizador.aemps.es

CORREO ELECTRÓNICO
psvigilancia@aemps.es

C/ CAMPEZO, 1 - EDIFICIO 8
28022 MADRID
Fax: (+34) 91.822.52.89